

04 06 09 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

Utrustning med luftfyllda tillsatser som kan omsluta en drabbad del av kroppen; utrustning som består av både kompressionsplagg och kompressorer, och som producerar tryckvågor som underlättar cirkulationen och förhindrar svullnad orsakad av cirkulationsproblem.

Egenavgift

Ingen egenavgift

Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser förskrivning av kompressionsutrustning till patienter med svår* funktionsnedsättning av:

- b4352 lymfkärlsfunktion* och/eller,
- b4353 lymfkörtelsfunktion* d.v.s. lymfödem och/eller,
- b410-429 funktioner i hjärt-kärlsystemet* d.v.s. venösa eller arteriella ödem.

Landstinget:

Leg. hälso- och sjukvårdspersonal (inom sjukhusvård nivå 3) med lymfterapeututbildning

Förskrivning av kompressionsutrustning vid:

- lymfödem
- svårbehandlade venösa eller arteriella ödem

Leg. hälso- och sjukvårdspersonal efter remiss från behandlande läkare.

Förskrivning av kompressionsutrustning vid:

- venösa och arteriella ödem

Kriterier för förskrivning

Förskrivning av kompressionsutrustning ska ske enligt landstingets ”Handläggning av ödembehandling”.

Kompressionsutrustning kan endast förskrivas som hjälpmedel vid varaktigt behov av kompressionsutrustning.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen

Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till kompressionsutrustning ska föregås av noggrann bedömning (ingen, lätt, måttlig, svår, total funktionsnedsättning)* av patienten problem i b4352 lymfkärles* och/eller b4353 lymfkörtelsfunktion* eller vid övriga ödem.

Risikanalyis

Vid förskrivning av kompressionsutrustning bedömer förskrivaren i samråd med läkare patientens behov av medicinsk behandlingsåtgärd samt grad av kompression.

Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av kompressionsutrustning. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedlet. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Individuell målsättning

Målsättningen med kompressionsutrustning ska vara att minska patientens problem till följd av funktionsnedsättning i lymfkärles* och/eller lymfkörtelsfunktion* eller övriga ödem.

Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag

Information

[Checklista - Riskanalyis vid förskrivning av hjälpmedel](#)

[Låneförbindelse](#) - patientinformation

Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Patientens nedsättning i lymfkärles* och/eller lymfkörtelsfunktion* eller övriga ödem som behandlas med kompressionsutrustning ska utifrån uppsatta mål bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total funktionsnedsättning)*.

Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.