

## 22 18 30 Hörslingeenheter

*Hjälpmedel för att ta emot eller överföra information genom att använda elektromagnetiska vågor i slingsystem. Här ingår t.ex. ljud- och bärfrekvens-slingsystem och -mottagare.*

### Egenavgift

Ingen egenavgift

### Förskrivningsrätt

Audionom, Hörselpedagog

För audionom avses förskrivning i hemmiljö.

För hörselpedagog vid Pedagogiska Hörselvården avses förskrivning i skolmiljö.

### Kriterier för förskrivning

Hjälpmedlet kan förskrivas till patient i behov av stöd för b230 hörsel-funktion\*.

## Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen

### Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till hörhjälpmedel ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till i vilken situation och omgivning den ska användas.

Personens b230 hörsel-funktioner\* utan hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total nedsättning)\*.

### Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga och möjlighet att höra i olika situationer med hjälpmedlet. Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

### Val av produkt

Enklaste modell av hörhjälpmedel som uppfyller behovet ska förskrivas. Behovsanalys, som görs tillsammans med patienten är ett bra underlag för att komma fram till val av rätt hjälpmedel

### Information

Byte av modell får ske om det är föranlett av funktionsnedsättningen. Hjälpmedlet ska återlämnas när behovet upphört.

### [Lånevillkor](#)

### Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Uppföljning och utvärdering bör utföras inom tre månader efter installation av hörslingeenheten.

Personens förmåga att höra med hjälpmedlet i olika situationer enligt uppsatt mål ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)\*.

Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.