

Blodtrycksmätare Omron M7 DKE, AnOpIva, Gällivare Sjukhus

Omron

Berörda enheter

DKE, AnOpIva, Gällivare Sjukhus

Allmänt

Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavandet av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

Användningsområde

Digital och automatisk mätning av blodtryck och puls.

Placering

UVA

Dokumentation, förvaring

Bruksanvisningen förvaras på UVA.

Tillbehör

Ansvarsförhållanden

Ansvarsområde

Ansvarig

Apparatutbildning Sjuksköterska/Undersköterska

Iordningsställande Sjuksköterska/Undersköterska

Funktionskontroll Sjuksköterska/Undersköterska

Rengöring Sjuksköterska/Undersköterska

Återställande Sjuksköterska/Undersköterska

Instruktioner

Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Läs under hur en korrekt blodtrycksmätning går till i bruksanvisningen digital automatisk blodtrycksmätare.

Iordningsställande

Läs i bruksanvisningen.

Instruktion för användande

Information finns i bruksanvisningen.

Skötsel/rengöring

I bruksanvisningen finns instruktioner angående rengöring.

Felsökning/åtgärd

Vid fel på apparaten görs i första hand en felanmälan till Medicinsk Teknik via Insidan till Ärendeportalen. Behöver du personligen prata med någon kan du ringa Teknikakuten på 710 10.

Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll.

Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll.

(Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.)