

Hemocue Glukos 201+, DKE/UVA AnOpIva, Gällivare Sjukhus MT-nr 516694

HemoCue

Berörda enheter

DKE/UVA, An/Op/Iva, Gällivare Sjukhus

Allmänt

Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavandet av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

Användningsområde

Kvantitativ bestämning av glukos i helblod med en speciell anpassat instrument, HemoCue Glucose 201+ med plasmaomräkning. Läs mer i bruksanvisningen under allmänt och avsett ändamål sidan 36.

Placering

Är placerad på UVA.

Dokumentation, förvaring

Bruksanvisningen förvaras på UVA.

Tillbehör

Enstyckförpackade glukos kuvetter Förvaras i kylskåp

GlucoTrol-NG kontroller (Eurotrol) Förvaras i kylskåp

Nätadapter

Ansvarsförhållanden

Apparatansvarig sjuksköterska

Instruktioner

Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Läs i bruksanvisningen HemoCue Glucose 201+ under begränsningar på sidan 37.

Ordningsställande/Funktionskontroll

För uppstart och inställning läs i bruksanvisningen sidan 6-9. Läs mer om fler inställningar i bruksanvisningen sidan 22-27.

Notera i underhållsschemat HemoCue Hb 201 och HemoCue Glucos 201+ och i Glukosprotokollet som finns i pärmen.

Instruktion för användande

För mätning av kapillärblod läs i bruksanvisningen sidan 10-17. För mätning av venöst eller arteriellt blod se bruksanvisningen sidan 18-19.

Skötsel/rengöring

För underhåll läs i bruksanvisningen sidan 29. Notera i underhållsschemat HemoCue Hb 201 och HemoCue Glucos 201+ som finns i pärmen.

Felsökning/åtgärd

Felsökning schema finns att läsa på sidan 30-32 i bruksanvisningen. Notera i åtgärdsrapport i pärmen. Ett felsökning schema ”vad gör du om kontrollen inte stämmer” från Labmedicin finns också i pärmen. Vid behov kontakta MT.

Service

HemoCue Hb 201+ kontrolleras via Equalis test.

Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.