

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar

Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att driva rullstolen med eller utan manuell kraft.

Egenavgift

Ingen egenavgift

Särskild förskrivning

Ja, vid ny förskrivning.

Nej, vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut, vid självständig förflyttning krävs samråd med läkare.

Kriterier för förskrivning

Drivaggregat för vårdarmanövrering se kriterier för förskrivning 12 23 12

Drivaggregat kan monteras på rullstol för att underlätta förflyttning av annan person. Drivaggregat kan förskrivas som alternativ till elrullstol med vårdarstyrning.

Drivaggregat för självständig förflyttning se kriterier för förskrivning 12 23 03 och 12 23 06

Drivaggregat kan förskrivas till manuell rullstol för att underlätta för patienten att själv manövrera rullstolen. Drivaggregat kan förskrivas som ett alternativ till eldriven rullstol.

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen

Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till drivaggregat ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning rullstolen ska användas.

Personens förmåga d450 att gå, att d420 förflytta sig själv* och d4153 att bibehålla sittande ställning* ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.

I bedömning av drivaggregat för vårdarmanövrering måste hänsyn tas till e340 personliga vårdgivare och personliga assistenter* och närstående.

Flyttningen ska bedömas utifrån omgivningsfaktorer (inget, lätt, måttligt, svårt eller totalt hinder)*.

Risakanalys

Montering av drivaggregat kan innebära en tipprisk. Tippskydd ska alltid användas till rullstolen.

Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av drivaggregat. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedel. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Individuell målsättning

Vårdarmanövrerat drivaggregat

Målsättningen ska ange personens förmåga att förflytta sig med vårdarmanövrerat drivaggregat med personliga vårdgivare och personliga assistenter* och/eller närstående och att bibehålla sittande ställning.* Drivaggregatet ska underlätta förflyttning i en angiven miljö.

Drivaggregat för självständig förflyttning

Målsättningen ska ange personens förmåga att förflytta sig med drivaggregat för självständig förflyttning och att bibehålla sittande ställning.* Drivaggregatet ska underlätta förflyttning i en angiven miljö. Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

Val av produkt

Kontakta hjälpmedelskonsulent inom Länssjukvården.

Information

Det som är märkt patientinformation kan lämnas till patienten. Övriga dokument handläggs av förskrivaren, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare.

Välj de dokument som passar till drivaggregat för vårdarmanövrerat eller självständig förflyttning.

[Checklista – Risakanalys vid förskrivning av hjälpmedel](#)

[Lånevillkor](#) - patientinformation

[Lån av elrullstol](#) - patientinformation

[Checklista A 1 Individuell behovsbedömning elrullstol](#)

[Checklista A2, A3 Fördjupad bedömning av körförmåga och körträning elrullstol](#)

[Checklista A 5 Bedömning av gångförmåga vid elrullstolsförskrivning](#)
– fysioterapeut/sjukgymnast

[Checklista B 1 Körträning av elrullstol](#)

[Checklista B 2 Körjournal elrullstol](#)– lämnas ut till patienten

[Checklista C Uppföljning av elrullstol](#) – stöd till förskrivare vid uppföljning

[Information till personal i ordinärt boende](#)

[Checklista D Utprovning av eldriven rullstol med vårdarstyrning](#)

Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Den första uppföljningen och utvärderingen bör ske efter korttids användning.

Personens förmåga att förflytta sig* självständigt eller med hjälp av personliga vårdgivare och personliga assistenter* och/eller närstående och att sitta* i rullstol med drivaggregat i angiven miljö enligt uppsatt mål ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.

Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och tidpunkt för nästa uppföljning. Regelbunden uppföljning med förnyad bedömning ska ske minst en gång per år av förskrivaren.