

12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer

Egenavgift

Ingen egenavgift

Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser lyftselar.

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Kriterier för förskrivning

När en patient har behov av personlyft förskrivs lyftsele som ett tillbehör.

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen

Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till lämplig lyftsele ska föregås av en noggrann bedömning i direkt kombination med personlyften. Hänsyn tas till personens individuella förutsättningar i den aktuella miljön.

Risakanalys

Innan förskrivning av lyftsele är det alltid viktigt att göra en individuell riskanalys eftersom det kan finnas många risker vid olika lyftsituationer.

Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av lyftsele. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedel. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga d410 att ändra grundläggande kroppsställning* med hjälp av e340 personliga vårdgivare/personliga assistenter* och/eller annan person.

Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag

Information

[Checklista - Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel](#)

[Inspektion av lyftsele](#)

eller inspektion av lyftsele leverantörens blankett.

Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Periodisk inspektion av lyftsele ska enligt europainorm och svensk standard 2007-ss-en 10535-207, utföras minst en gång var 6 månad. Personens förmåga att ändra grundläggande kroppsställning* med hjälp av lyftsele/sits/bår och personliga vårdgivare/personliga assistenter* och/eller annan person enligt uppsatt mål ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.