

Lån av antidecubitusmadrass

Du har fått låna en antidecubitusmadrass enligt riktlinjerna i Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Madrassen ska återlämnas när behovet upphör.

Madrassens namn:

Individnummer:

Bäddmadrass – Bäddmadrassen ska ligga ovanpå en madrass som ska vara minst sex centimeter hög.

Ersättningmadrass - Madrassen ska ligga direkt på sängbotten

Madrassöverdrag/skydd Ja Nej

Madrasen är avsedd för:

Förebyggande Behandlande

OBS! Antidecubitusmadrass ersätter inte insättande av vändschema eller andra omvårdnadsåtgärder ex. nutrition/näringstillförsel

Madrasen är gjord av/innehåller:

Skum Skum/luft Luft

Har madrassen pump? Ingen Manuell inställning Automatisk

Kräver pumpen till madrassen jordat uttag? Ja Nej

Patientansvar

I patientansvaret för utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön ska också ingå att svara för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse. Om antidecubitusmadrassen förstörs eller förkommer kan du bli ersättningskyldig.

Viktigt att komma ihåg – Säkerhetsaspekter

- Bruksanvisningen bör läsas av hjälpmedelsanvändaren och/eller anhörig/vårdare. I bruksanvisningen finns detaljerad information om hur hjälpmedlet ska handhas och skötas.
- Används sänggrind måste avståndet från madrassen till grindens överkant vara 22 cm.
- Madrassen är ditt personliga hjälpmedel och får inte lånas ut och/eller överlåtas till annan person.
- All service och reparation ska utföras av Länservice.

Skötselråd

I bruksanvisningen finns detaljerad information om madrassen och hur den ska skötas. Blir madrassensöverdrag smutsigt bör det tvättas så snart som möjligt. Madrassen bör också torkas av för att inte lukt ska fastna på madrassen.

Förskrivarens genomgång och kontroll av hjälpmedlets funktioner

Förskrivaren ansvarar för att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används på eller av patient. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana finns.

Gäller alla madrasser

- Informera hur madrassen ska skötas och kontrolleras.
- Visa förflyttning så att skjuv- och friktionsskador förhindras.
- Informera att allt som läggs på madrassen minskar tryckavlastningen.
- Lakan ska bäddas löst för att inte påverka madrassens funktion.
- Täta lägesändringar omfördelar tryck och minskar risk för sår (vändschema)
- Kontrollera tryckpunkter ex. hälavlastning
- Positionering i liggande ev. kan kuddar behövas
- Riskbedömning
- Bruksanvisning lämnas
- Låneförbindelse lämnas

Luftmadrass med pump

- Automatiskt inställning av vikt på patient
- Manuell inställning av vikt på patient sittande och liggande.
- Visa hur luften töms direkt vid ett hjärtstopp CPR
- Visa transportläge
- Statiskt läge vid omvårdnad/förflyttning
- Kontroll med hand så att patienten inte ligger igenom madrassen (handcheck)

Övrigt:

.....

Din kontaktperson är:

Förskrivare (yrkestitel och namn).....

Arbetsplats.....

Telefon.....

Har du inte längre behov av madrassen återlämnas den till:

.....

Telefon.....

Länsservice:

Boden tel. 0921 – 666 20

Piteå tel. 0911 – 750 81

Kiruna tel. 0980 – 730 50

Kalix tel. 0923 – 761 86

Gällivare 0970 -191 47