

## Checklista D Utprovning av eldriven rullstol med vårdarstyrning

Datum:	
Namn:	
Personnummer:	
Elrullstol modell:	

**Förskrivarens ansvar är att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana finns.**

### Inställning av elrullstolens funktioner

- Armstödshöjd       Nackstöd       Andra inställningar  
 Benstödshöjd       Sittdjup

### Genomgång av elrullstolens funktioner

- Startknapp  
 Hastighetsreglering       Ryggvinkling       Frikoppling       Förvaring/laddning  
 Vårdarstyrning       Elektrisk sitsvinkling       T ex körsträcka, köregenskaper       Däcktryck  
 Framåt/Bakåt/Svänga/Stanna       Andra elfunktioner       Väskkrokar, belastning       Fastsättning i bil

### Genomgång körning av eldriven rullstol med vårdarstyrning

Moment	Inte aktuellt	Klarar datum
Körning inomhus och utomhus:		
Kunna starta och stanna elrullstolen		
Köra framåt, bakåt och svänga inomhus		
Köra in/ ut genom entrén; ytterdörr/ lägenhetsdörr/ förrådsdörr		
Köra in/ ut ur hiss; på/ av lyftplatta/ ramp		
Köra i olika hastigheter t ex krypköra och maxfart		
Köra säkert i närområdet och andra aktuella utomhusmiljöer		
Reglera sittvinkel för överflyttning och/eller körläge		

### Skriftlig information

- Bruksanvisning       Lånevillkor       Information om förskrivet hjälpmedel  
 ”Lån av elrullstol”       Körjournal       Överenskommelse om dubbelkommando