

# Slyngning av hemorrojder

## Berörda enheter

Gemensammottagning / Kirurgi, Gällivare Sjukhus

## Processbeskrivning

### Uppdukning

- glidmedel
- gyntork
- tång böjd
- Engångsinstrumentet Kilroid
- Sugslang

Kilroidinstrumentet laddas med gummiringar.

Konen (eller adaptern) anbringas på Kilroid-instrumentet och gummiringen förs över till skåran på instrumentet  
Kilroid-instrumentet laddas med gummiring enligt instruktion.  
Slangen kopplas till sugen som ställs på maxhastighet.

Efter behandlingen får patienten vila en stund vid behov.

Patienten får ev. en Supp. Xyloproct efter avslutad behandling.

Patienten får med sig anvisning om vad som är gjort och vad man bör tänka på efter hemorrojdligatur.

### Efter undersökningen

Engångsinstrumentet kastas och ersätts med ett nytt.

Sugpåse/sugslang byts ut till en ny

Huvudprocess [Process]	Ansvarig Torbjörn Espling	Processledare Martin Sundelöf	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id VARD-5-5360	Godkänt datum 2022-05-08	Version 3.0