

Spårbarhet av medicintekniska produkter

Syfte

Säkerställa korrekt spårbarhet av medicintekniska produkter som på något sätt implanteras/tillförs patienten, t ex spiraler, prolapsringar, nät mm.

Omfattning

Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi RN.

Styrande förutsättningar

[Socialstyrelsens föreskrifter \(SOSFS 2008:1\) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården](#)

Arbetsätt

Vid insättning av medicintekniska produkter, t ex spiral, p-stav, prolapsring, TOT- eller TVT-band, prolapsnät eller andra implantat, skall följande dokumenteras i patientens journal:

Produktens artikelnummer

Vilket företag som distribuerar den

LOT- eller BATCH-nummer

Produktinformationen kan klistras in i perioperativa journalen, märkt med patientens id (scannas sedan), eller dokumenteras i journaltexten.